

Znak sprawy: DZP-ZO-30-2024

**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Szpital w Iłży
ul. Bodzentyńska 17
27-100 Iłża**

w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 PLN netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) na:

„Zakup myjni-dezynfektora na potrzeby Oddziału Ginekologii Jednego Dnia w SPZZOZ – Szpital w Iłży”

Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 7 tygodni od podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu dostawy. Maksymalny termin określony został jako 4 tygodnie, co jest podyktowane koniecznością rozliczenia dotacji.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o dużo bardziej dokładnym systemie mycia oraz większej ilości faz do uzyskania pełnej czystości i przez to wyższym zużyciu wody (< 60 litrów przy programie standardowym ECO dla basenów)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 3. dot OPZ p. 22

czy Zamawiający dopuszcza myjnię z uszczelką labiryntową? Zapewnia ona pełną szczelność i jest rozwiązaniem równoważnym względem uszczelki silikonowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wymagań określonych w OPZ.