


Odpowiedz na pytania w zapytaniu ofertowym nr DZP-ZO-39-2024:

**„Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych
(pieluchomajtki, podkłady higieniczne) dla potrzeb
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży”**

1. Pakiet 1: czy Zamawiający dopuści Pieluchomajtki wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?
Odp.
Zamawiający dopuszcza.
2. Część 1, poz. 1: czy Zamawiający dopuści chłonność 2200ml?
Odp.
Zamawiający dopuszcza.
3. Część 1, poz. 3: czy Zamawiający dopuści chłonność 2500ml?
Odp.
Zamawiający dopuszcza.
4. Część 1, poz. 4: czy Zamawiający dopuści chłonność 2500ml?
Odp.
Zamawiający dopuszcza.
5. Część 2: czy Zamawiający dopuści chłonność 950g?
Odp.
Zamawiający dopuszcza.
6. Par. 11 ust. 1a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość towaru zamówionego, a nie dostarczonego?
Odp.
Zgodnie z postanowieniami umowy.
7. Par. 11 ust. 1d: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawa kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?
Odp.
Zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Par. 11 ust. 1c: czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę za niezrealizowanie w całości Zamówienia w terminie ustalonym wskazanym w Zamówieniu, a w przypadku braku wskazania terminu w Zamówieniu w terminie wskazanym w § 10 ust 1 Umowy w wysokości 15 % kwoty brutto wynikającej z faktury VAT zastępczej dostawy zrealizowanej przez osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego?
Odp.
Zgodnie z postanowieniami umowy.
9. Par. 11 ust. 5: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Łączna wysokość kar umownych dochodzonych na podstawie Umowy nie mogła przekroczyć wartości stanowiącej 15 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 3 Umowy.
Odp.
Zgodnie z postanowieniami umowy.

z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Joanna Pionka